

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы ПАН-As

Назначение средства измерений

Анализаторы ПАН-As предназначены для измерения массовой концентрации мышьяка при анализе проб различных объектов.

Объектами анализа могут быть:

- продукты питания (алкогольные и безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, жировые продукты, мясо, рыба, крупа, мука, сахар, овощи, фрукты и продукты их переработки);
- вода (природная, питьевая, сточная, технологичная);
- парфюмерия, косметика;
- воздух, аэрозоли;
- почва, торф, ил, донные отложения;
- руды, минералы, бытовые и промышленные отходы, а также другие материалы, которые могут быть переведены в раствор путем соответствующей пробоподготовки.

Описание средства измерений

Анализаторы ПАН-As представляют собой автоматизированные приборы настольного исполнения с тремя каналами измерений. Принцип действия – измерение массовой концентрации ионов мышьяка (III) в растворе минерализованной пробы методом инверсионной вольтамперометрии.

Внешний вид анализаторов ПАН-As представлен на фотографиях:



- 1 – место наклейки знака поверки;
2- место нанесения знака утверждения типа;
3 - место пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

Для управления работой анализаторов используется встроенное программное обеспечение, которое управляет измерительным трактом и выполняет вычислительные операции.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Встроенное программное обеспечение анализатора ПАН-As	Анализатор ПАН-As	Версия: 1,0	13942	2-байтовая контрольная сумма

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 – «А».

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений массовой концентрации ионов мышьяка (III), мг/дм³от 0,00050 до 0,050

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой концентрации ионов мышьяка (III):

от 0,00050 до 0,0010 мг/дм³ вкл., %, не более ±40

св. 0,0010 до 0,050 мг/дм³ вкл., %, не более ±30

Питание осуществляют от сети переменного тока напряжением, В .. (220 ± 22), частотой, Гц (50 ± 1)

Габаритные размеры, мм, не более 255×155×115

Масса, кг, не более 2,0

Рабочие условия применения:

– температура окружающего воздуха, °С от 10 до 35;

– относительная влажность при 25 °С, % от 30 до 80;

– атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

Средний срок службы, лет, не менее 5

Наработка на отказ, час., не менее 5000

Знак утверждения типа

наносится на лицевую панель анализаторов с левой стороны методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1 Анализатор ПАН-As	ТУ 4215–014–59681863–2011	1
2 Электроды: углеродсодержащий с защитным колпачком; хлорсеребряный с защитным колпачком; корпус для хлорсеребряного электрода	ДПТА.07.0100 СБ ДПТА.01.0100 СБ ДПТА.01.0101 СБ	4 4 3
3 Устройство для обновления поверхности электродов	ДПТА.06.0000 СБ	1
4 Дозатор пипеточный (0,005-0,050) см ³	ТУ 9452-002-33189998-2002	1
5 Дозатор пипеточный (0,10-1,0) см ³	ТУ 9452-002-33179998-2002	1
6 Стакан градуированный объемом 25 см ³	ISO 6706	5
7 Государственный стандартный образец состава водного раствора ионов мышьяка (III)	ГСО 7143-95	5 см ³
8 Раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов	ДПТА.05.0000 ПС	5 см ³
9 Сетевой шнур питания трехпроводный, 1,5 м	H03VV-R GGG 0,75 мм ² или подобный	1
10 Руководство по эксплуатации	ДПТА.20.0030 РЭ	1
11 Методика поверки	ДПТА.20.0035 МП	1
12 Упаковочная коробка из картона	ГОСТ 7933	1

Поверка

осуществляется по документу «Анализаторы ПАН-As. Методика поверки» ДПТА.20.0035 МП, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «СНИИМ» 4 апреля 2011 г.

Основные средства поверки приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Метрологические характеристики	
	Диапазон	Погрешность, цена деления, класс точности
1 Государственный стандартный образец состава водных растворов ионов мышьяка (III)	Аттестованное значение 0,10 г/дм ³	Относительная погрешность аттестованных значений не превышает 1,0 %
2 Пипетки или дозатор пипеточный (2,00-10,0) см ³	вмест. 10; 5,0 см ³ дискретность установки доз 0,10 см ³	1 или 2 класса относительная погрешность дозирования не более 5 %
3 Дозатор пипеточный (0,100-1,0) см ³	Дискретность установки доз 0,005 см ³	Относительная погрешность дозирования не более 5 %
4 Дозатор пипеточный (0,005-0,050) см ³	Дискретность установки доз 0,0005 см ³	Относительная погрешность дозирования не более 5 %
Примечание - Допускается применение средств, не приведенных в таблице, но обеспечивающих определение (контроль) метрологических характеристик с требуемой точностью.		

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам ПАН-As

- 1 ГОСТ 22729- 84 Анализаторы жидкости ГСП. Общие технические условия.
- 2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- 3 ТУ 4215–014–59681863–2011 Анализатор ПАН-As. Технические условия.
- 4 «Анализаторы ПАН-As. Методика поверки» ДПТА.20.0035 МП, утвержденная ГЦИ СИ ФГУП «СНИИМ» 4 апреля 2011 г.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям;
- при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды и в области гидрометеорологии



ИНМАРКОН
КОРПОРАЦИЯ

454020, г. Челябинск,
ул. Верхнеуральская, д.18, пом.2

catalog-inmarkon.ru

zakaz@inmarkon.ru

ОГРН 1027403864960
ИНН 7453057600

Тел.: +7 (351) 72-994-72
Whatsapp/Viber/Tg: +7-908-583-25-96